



Monserrato 10/03/2010

Oggetto: Fornitura di protesi mammarie , espansori mammari ed espansori tissutali e dispositivi medici destinati all' attività del Blocco Operatorio del PO Monserrato Chirurgia Plastica

Lotto n° 1 - Protesi mammarie – quantitativo annuale n° 40

Anatomiche in gel di silicone caratteristiche di testurizzazione superficiale , presenza di punti repere, per un corretto orientamento, visibili e tattili, barriera per minimizzare la diffusione del gel , ampia gamma di forma, volume e dimensione dei diametri con almeno tre altezze diverse per ogni specifica misura di base.

Lotto n° 2 - Protesi mammarie – con rivestimento in poliuretano n° 4

Come sopra e con rivestimento in poliuretano

Lotto n° 3 - Protesi mammarie – quantitativo annuale n° 4

Anatomiche con doppio gel di silicone interno caratteristiche di testurizzazione superficiale , presenza di punti repere, per un corretto orientamento, visibili e tattili, barriera per minimizzare la diffusione del gel , ampia gamma di forma, volume e dimensione dei diametri con almeno tre altezze diverse per ogni specifica misura di base.

Lotto n° 4 – Sizer di prova – quantitativo annuale n° 20

Compatibili con le misure dei lotti 1-2-3 , sterili risterilizzabili almeno 10 volte , in gel di silicone o altro materiale biocompatibile , uso temporaneo intraoperatorio per determinare forma e dimensione della protesi definitiva.

Lotto n° 5 – Espansori mammari – quantità annuale n° 20

Con valvola di riempimento magnetica in titanio con cerca magnete ad anello palpabile, rinforzata , base peri-valvolare autosigillante in dacron ampia gamma di forma volume e dimensione dei diametri con possibilità di scelta di almeno tre diverse altezze per ogni specifica misura di base

Lotto n° 6 – Espansori tissutali n° 5

Espansori con valvola di riempimento che presenti dimensioni , in particolare altezza e diametro di base ampi, che garantiscano una ottimale aderenza ai tessuti sottocutanei , ampia gamma di forma dimensioni e volumi.

Lotto n° 7 – Siringhe preriempite di Acido ialuronico e Lidocaina Cloridrato a differente grado di viscosità n° 20



Al Responsabile Servizio
Provveditorato ed Economato

Destinate al trattamento di atrofie del volto e del corpo Sterili almeno quattro gradi di viscosità, lunga permanenza

Criteri di aggiudicazione: **Max 60 punti per la valutazione Tecnica – max 40 punti per la valutazione economica**

Valutazione tecnica punti 60

Per le protesi mammarie

Max 20 punti per modalità di testurizzazione tipologia di gel caratteristiche dell ' involucro esterno

Max 15 punti per gamma di forma , diametri e volumi con almeno tre diverse altezze per specifica specifica misura di base

Max 10 punti per presenza di punti repere per orientamento visibili e tattili , barriera per minimizzare la diffusione del gel

Max 5 punti per proiezione del solco sottomammario

Sizer di prova

L' aggiudicazione dei sizer di prova avverrà in concomitanza con le protesi mammarie essendo strettamente connesse alla misura dimensione e forma della protesi definitiva

Per gli espansori mammari

Max 25 punti per valvola di riempimento magnetica in titanio con cerca magnete ad anello palpabile , rinforzata, facilità di riempimento , caratteristiche dell ' involucro esterno

Max 20 punti per base perivalvolare autosigillante in dacron , presenza di punti repere visibili e tattili

Max 5 punti ampiezza di gamma per gamma, forma, volume e dimensioni dei diametri con possibilità di scegliere almeno tre altezze diverse per ogni specifica misura di base

Per gli espansori tissutali

Max 20 punti per valvola di riempimento che presenti dimensioni, , in particolare altezza e diametro di base ampi , che possano garantire una ottimale aderenza ai tessuti sottocutanei

Max 20 punti per ampia gamma di forme dimensioni e volume

Max 10 punti per facilità di riempimento

Per gli espansori mammari

Max 25 punti per valvola di riempimento magnetica in titanio con cerca magnete ad anello palpabile rinforzato facilità di riempimento , caratteristiche dell' involucro esterno



Al Responsabile Servizio
Provveditorato ed Economato

Max 20 punti base perivalvolare autosigillante in dacron presenza di punti repere visibili e tattili

Max 5 punti per gamma di forma volume e dimensione e diametri con almeno tre altezze per ogni specifica misura di base

Per gli espansori tissutali

Max 20 punti valvola di riempimento che presenti dimensione, in particolare altezza e diametro di base ampi, che possano garantire un ottimale aderenza ai tessuti sottocutanei

Max 20 punti per gamma di forma, dimensioni e volume

Max 10 punti per facilità di riempimento

Per le siringhe preriempite di Acido ialuronico

Max 20 punti per Plasmabilità

Max 20 punti per Plasticità

Max ~~10~~ 10 punti Scarsa tendenza alla formazione di granulomi

PER TUTTE LE VOCI

Max 10 punti per servizio post vendita

Verranno escluse dalla successiva fase valutativa le offerte che per singolo parametro non avranno raggiunto il 60% del rispettivo punteggio

Valutazione economica punti 40

Al prezzo più basso verrà attribuito un punteggio di 40 punti agli altri prezzi un punteggio inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente formula

p= Punteggio assegnato

a = prezzo più basso

b = prezzo offerto

$$x = (40 \times a) / b$$

Il Responsabile Del Servizio
Chirurgia Plastica
Prof. Diego Ribuffo