

## CAPITOLATO TECNICO

LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE	N° PZ MONSERRATO	N°PZ SAN GIOVANNI DI DIO	TOTALE	CONF PZ.
<b>LOTTO 1</b>	VOCE 1	Provette da siero sottovuoto calibrato, dimensioni 16X100, contenente gel di polimeri inerti senza rilascio di particelle oleose ed attivatore di coagulazione preferibilmente adeso alle pareti, vuoto 8 ml circa con tappo preferibilmente rosso di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	15.000		15.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 2	Provette da siero sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, contenenti gel di polimeri inerti senza rilascio di particelle oleose ed attivatore di coagulazione preferibilmente adeso alle pareti, vuoto 3,5 ml circa con tappo preferibilmente rosso di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	150.000		150.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 3	Provette da siero sottovuoto calibrato, dimensioni 13X100, contenenti gel di polimeri inerti senza rilascio di particelle oleose ed attivatore di coagulazione preferibilmente adeso alle pareti, vuoto 4,5 ml circa con tappo preferibilmente rosso di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	60.000	150.000	210.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 4	Provette da siero sottovuoto calibrato, dimensioni 16X100, secche siliconate con attivatore di coagulazione preferibilmente adeso alle pareti, vuoto 9 ml circa con tappo preferibilmente rosso mattone di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	5.000	3.000	8.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 5	Provette da siero sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, secche siliconate con attivatore di coagulazione preferibilmente adeso alle pareti, vuoto 4 ml circa con tappo preferibilmente rosso mattone di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	40.000		40.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 6	Provette da siero sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, secche siliconate con attivatore di coagulazione preferibilmente adeso alle pareti, vuoto 5,5 ml circa con tappo preferibilmente rosso mattone di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	5.000		5.000	MIN 25 MAX 100

<b>LOTTO 2</b>	VOCE 1	Provette da emocromo sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, contenenti anticoagulante EDTA-K3 (1,95mg/ml), vuoto 3 ml circa con tappo preferibilmente viola di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	100.000	90.000	190.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 2	Provette da emocromo sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, contenenti anticoagulante EDTA-K3 (0,084ml SOL. 15%), vuoto 2 ml circa con tappo preferibilmente viola di sicurezza scadenza minima 14 mesi.		10.000	10.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 3	Provette da emocromo sottovuoto calibrato, dimensioni 16X100, contenenti anticoagulante EDTA-K2( 1,95MG/ML), vuoto 9 ml circa con tappo preferibilmente viola di sicurezza.	5.000		5.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 4	Provette da emocromo sottovuoto calibrato, dimensioni 16X100, contenenti anticoagulante EDTA-K2 (1,95mg/ml), vuoto 5,5 ml circa con tappo preferibilmente viola di sicurezza scadenza minima 14 mesi.	3.000	8.000	11.000	MIN 25 MAX 100
<b>LOTTO 3</b>	VOCE 1	Provette in materiale plastico da coagulazione sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, contenenti Sodio Citrato tamponato al 3,8% , vuoto 2,7 ml circa con tappo preferibilmente azzurro di sicurezza, etichetta con doppio indicatore di riempimento. Idoneo confezionamento e scadenza minima di 14 mesi.	30.000		30.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 2	Provette in materiale plastico da coagulazione sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, contenenti Sodio Citrato tamponato al 3,8% , vuoto 1,8 ml circa con tappo preferibilmente azzurro di sicurezza, etichetta con doppio indicatore di riempimento. Idoneo confezionamento e scadenza minima di 14 mesi.	30.000	10.000	40.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 4	Provette in materiale plastico da coagulazione sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, contenenti Sodio Citrato tamponato al 3,2% , vuoto 3,8 - 4,5 ml circa con tappo preferibilmente azzurro di sicurezza, etichetta con doppio indicatore di riempimento. Idoneo confezionamento e scadenza minima di 14 mesi.	6.000	50.000	56.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 5	Provette in materiale plastico per determinazioni particolari sottovuoto calibrato, dimensioni 13X75, vuoto 3,8 ml circa con tappo preferibilmente verde di sicurezza, etichetta con doppio indicatore di riempimento. Idoneo confezionamento e scadenza minima di 14 mesi.	10.000	20.000	30.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 6	Provette in materiale plastico per determinazioni particolari sottovuoto calibrato, dimensioni 16X100, vuoto 9 ml circa con tappo preferibilmente verde di sicurezza, etichetta con doppio indicatore di riempimento. Idoneo confezionamento e scadenza minima di 14 mesi.	5.000	5.000	10.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 7	Provette in materiale plastico per glicemia sottovuoto calibrato, dimensioni 16x75, contenenti vuoto 3 ml circa con tappo preferibilmente grigio di sicurezza, etichetta con doppio indicatore di riempimento. Idoneo confezionamento e scadenza minima di 14 mesi.	3.000	30.000	33.000	MIN 25 MAX 100
	VOCE 8	Provette in materiale plastico per esame liquor dimensioni 16x100, circa con tappo di sicurezza, etichetta con doppio indicatore di riempimento. Idoneo confezionamento e scadenza minima di 14 mesi.	2.000	1.000	3.000	MIN 25 MAX 100

<b>LOTTO 4</b>	VOCE 1	Ago per prelievi multipli con aggancio/sgancio rapido, compatibile con i principali sistemi di prelievo sottovuoto, sterile confezionati singolarmente con indicazione del lotto e scadenza sul singolo ago, scatole da 100 pezzi circa misure assortite del 20G/21G/22G da precisare in sede d'ordine.	120.000	50.000	170.000	100
	VOCE 2	Adattatori luer per prelievi multiplo con aggancio/sgancio rapido, compatibile con i principali sistemi di prelievo sottovuoto, sterile confezionati singolarmente con indicazione del lotto e scadenza sul singolo adattatore luer in confezioni da 100 pezzi	60.000	120.000	180.000	100
	VOCE 3	Camicie monta aghi portaprovette compatibili con i principali sistemi di provette sottovuoto in commercio con sistema di aggancio/sgancio rapido.	15.000	10.000	25.000	25
<b>LOTTO 5</b>	VOCE 1	Provette per sangue intero per Ves, sistema chiuso, provetta che funga da colonna di sedimentazione		15.000	15.000	100
<b>LOTTO 6</b>	VOCE 1	Microprovette per siero - capacità 500-600 mcl- collettore incorporato- chiusura di sicurezza		10.000	10.000	100
	VOCE 2	Microprovette per emocromo - capacità 500-600 mcl- collettore incorporato- chiusura di sicurezza		10.000	10.000	100
<b>LOTTO 7</b>	1	Provette da coagulazione sottovuoto calibrato 3 ml contenente Citrato Piridossalfosfato e Tris ,	1.000	1.000	2.000	100

**I quantitativi indicati si riferiscono ad un fabbisogno annuo**