



CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO N. 1

Carrello emergenza

Carrello in materiale idoneo plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. con maniglione integrato di spinta con impugnatura ergonomica.

Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

completo di un ripiano scrittoio estraibile.

Nr. 2 cassette altezza 150mm circa

Nr. 3 cassette altezza 100 mm circa.

Nr. 1 portarifiuti da 14 lt circa .

Nr. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.

Nr. 1 ripiano porta monitor orientabile.

Nr. 1 tavola massaggio cardiaco.

Nr. 1 supporto per bombola ossigeno

Nr. 1 vano porta cateteri.

Nr. 1 chiusura a sigillo.

Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti. Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.

(Cassette in materiale plastico idoneo).

Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

QUANTITÀ N. 10

Carrello Somministrazione Terapia

Carrello in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. con un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica integrato

Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.

Nr. 6 cassette varie altezze completi di kit divisorii



Nr. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.

Nr. 1 dispenser rialzato con numero 10 scomparti a ribalta.

N. 1 portarifiuti

chiusura con sistema a chiave o a sigillo

Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.

(Cassetti stampati in materiale plastico).

Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

Quantità n. 9

Carrello Somministrazione terapia senza ribaltina

Carrello in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. con un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica integrato

Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.

Nr. 6 cassetti altezza COMPLETI DI KIT DIVISORI

Nr. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.

N. 1 portarifiuti

chiusura con sistema a chiave o a sigillo

Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.

(Cassetti stampati in materiale plastico).

Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

Quantità n.2

TOTALE BASE DESTA LOTTO N. 1 Ö24.800,00

CIG N. 7278931BDF

FIDEJUSSIONE " 312,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

LOTTO N. 2

Carrello porta cartelle

struttura in materiale plastico idoneo resistente al lavaggio e disinfezione. piano di lavoro superiore realizzato in materiale plastico antigraffio dotato di alzatina su tre lati, bordo frontale per contenimento liquidi e doppio maniglione di spinta integrato completo, spigoli arrotondati

chiusura garantita da un sistema centralizzato a chiave o a sigillo completo di:

ribaltina frontale

1 cassetto farmaci salvavita

1 bacinella inox

1 cassetto medicazione

1 portarifiuti con coperchio

1 portabottiglie

1 porta cateteri

1 contenitore aghi usati

1 portapenne

1 cassetto laterale con piano di lavoro

2 ganci

2 tasche basculanti

1 cassetto h 20 cm circa

1 cassettone porta lastre/cartelle paziente

per circa 25 cartelle sospese formato A4/A3/spec

N. 4 ruote: \varnothing 125 mm di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica

dimensioni ingombro: cm 80x70x100 h circa

Quantità n. 5

TOTALE BASE DATA LOTTO N. 2 - €4.000,00

CIG N. 7278947914

FIDEJUSSIONE " 80,00

Sede Legale:


Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925


Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari

 twitter.com/AOUCagliari

 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



LOTTO N. 3

Carrello Per Terapia Posto Letto Rianimazione

Carrello posto letto in polimero non verniciato antimicrobica permanente di facile pulizia ed igiene con i bordi arrotondati. dotato di :

- n. 1 ripiano estraibile per campo sterile
- n. 1 cassetto estraibile da cm 7 h, con kit divisori interni
- n. 2 cassetto estraibile da cm 15 h con kit divisori interni
- n. 1 cassetto estraibile da cm 23h con kit divisori interni

Lato dx cesto portarifiuti estraibile

Lato sx 4 cassette basculanti trasparenti

supporto per scatole guanti monouso

supporto per contenitore aghi e taglienti

contenitore per cateteri e sondini

N. 4 ruote: ø 125 mm di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica

DIM. circa 90x50x100

Marchio CE

Quantità n. 4

TOTALE BASE DESTA LOTTO N. 3 - €4.800,00

CIG N 7278952D33

FIDEJUSSIONE " 96,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

facebook.com/Aoucagliari

twitter.com/AOUCagliari

Youtube: Aou Cagliari Tv



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

LOTTO N. 4

Trave pensile per OBI

descrizione tecnica riportata nell'allegato capitolato

TOTALE BASE DATA LOTTO N. 4 - €90.000,00

CIG N. 72794464DF

FIDEJUSSIONE " 1.800,00

CRITERI RIPORTATI NEL CAPITOLATO



LOTTO N. 5

SISTEMI DIVISORI PER PRONTO SOCCORSO POLICLINICO DI MONSERRATO

LOCALE ANTE TRIAGE

SISTEMI TELESCOPICI OGNUNO COSIqCOMPOSTO:

Telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità rinforzati con fibre di vetro ed acciaio inox che ne facilitano la pulizia e la disinfezione. Il profilo d'alluminio presenta nervature che garantiscono una maggiore robustezza e al contempo fa-cilitano il passaggio dell'aria tra i vari segmenti favorendone lo scorrimento (TUBO NON LISCIQ). Grazie a questa caratteristica la scorrevolezza del telescopio rimane inalterata nel tempo evitando la formazione di sedimenti di sporco. Il telescopio non deve presentare parti sporgenti che potrebbero ferire gli operatori, il prodotto deve essere certificato TUV GS.

Nr 01 pz

Supporto a parete in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, fissaggio a parete per mezzo di 04 tasselli viti a scomparsa.

All'interno della copertura deve essere presente una vite di regolazione che permetta di modificare l'inclinazione del braccio Telescopico.

Nr 01 pz

Tenda in Trevira CS dim.: cm 230 x 175 h. Composte da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche che si possano lavare a max. 60° e si asciughino rapidamente, abbiano lunga durata e garantiscano caratteristiche fisiologiche e dermatologiche.

Nr 01 pz

TOTALE 05 SISTEMI COMPLETI

CARRELLO DIVISORE A DUE TELESCOPI OGNUNO COSIqCOMPOSTO:

Carrello per telescopi in alluminio anodizzato con rinforzo in acciaio e rivestimento in vetro acrilico

Nr. 01 pz

Innesto universale per l'applicazione di un secondo telescopio

Nr. 01 pz

Telescopio in alluminio anodizzato con rinforzo in acciaio e rivestimento in vetro acrilico, estraibile, pieghevole, orientabile lateralmente, max. est. cm. 220.

Nr. 01 pz

Tenda in Trevira CS dim.: cm 230 x 140 h. Composte da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche che si possano lavare a max. 60° e si asciughino rapidamente, abbiano lunga durata e garantiscano caratteristiche fisiologiche e dermatologiche.



Nr 01 pz

Telescopio in alluminio anodizzato con rinforzo in acciaio e rivestimento in vetro acrilico, estraibile, pieghevole, orientabile lateralmente, max. est. cm. 160.

Nr. 01 pz

Tenda in Trevira CS dim.: cm 170 x 140 h. Composte da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche che si possano lavare a max. 60° e si asciughino rapidamente, abbiano lunga durata e garantiscano caratteristiche fisiologiche e dermatologiche.

Nr 01 pz

TOTALE N°1 CARRELLO A DUE TELESCOPI

PARAVENTO MOBILE

Misure Cm. 140 X 165 H. (N° 03 sezioni cm. 45+50+45)

Sistema di separazione modulare su ruote con doppia base a % per una maggiore stabilità. Il telaio deve essere composto da tubi in alluminio anodizzato, cerniere a 360° richiudibili su entrambi i lati. Pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti ignifugo classe B1.

Nr. 01 pz.

TOTALE N°2 PARAVENTO

8

LOCALE TRIAGE

SISTEMA DI SEPARAZIONE MODULARE OGUNO COSI COMPOSTO:

Misure Cm. 210 X 165 H. (N° 07 sezioni da 30 cm.)

Sistema di separazione modulare su ruote da fissare a parete o su carrello in alluminio anodizzato e pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti, ignifugo in classe B1.

Maniglia per una facile movimentazione e ruote terminali frenate. I pannelli devono essere ripiegabili da entrambi i lati in modo da facilitarne il posizionamento sulla parete, sono inoltre facilmente lavabili.

Peso: Kg 24,50. Altezza cm 165, aperto larghezza cm 210.

Nr. 01 pz.

Carrello mobile idoneo per Sistema Modulare a pannelli in policarbonato con altezza di cm. 165. Dimensioni della base cm. 52x59 circa con peso Kg. 10,55, realizzato in alluminio anodizzato con particolari in nylon poliammide rinforzate con fibra di vetro.

Nr 01 pz

TOTALE GENERALE N° 01 SISTEMA

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

facebook.com/Aoucagliari

twitter.com/AOUCagliari

Youtube: Aou Cagliari Tv



LOCALE POST TRIAGE

SISTEMA DI SEPARAZIONE MODULARE OGNUNO COSÌ COMPOSTO:

Misure Cm. 210 X 165 H. (N° 07 sezioni da 30 cm.)

Sistema di separazione modulare su ruote da fissare a parete o su carrello in alluminio anodizzato e pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti, ignifugo in classe B1.

Maniglia per una facile movimentazione e ruote terminali frenate. I pannelli devono essere ripiegabili da entrambi i lati in modo da facilitarne il posizionamento sulla parete, sono inoltre facilmente lavabili.

Peso: Kg 24,50. Altezza cm 165, aperto larghezza cm 210.

Nr. 01 pz.

Carrello mobile idoneo per Sistema Modulare a pannelli in policarbonato con altezza di cm. 165. Dimensioni della base cm. 52x59 circa con peso Kg. 10,55, realizzato in alluminio anodizzato con particolari in nylon poliammide rinforzate con fibra di vetro.

Nr 01 pz

TOTALE GENERALE N° 02 SISTEMI

PARAVENTO MOBILE

Misure Cm. 140 X 165 H. (N° 03 sezioni cm. 45+50+45)

Sistema di separazione modulare su ruote con doppia base a T per una maggiore stabilità. Il telaio deve essere composto da tubi in alluminio anodizzato, cerniere a 360° richiudibili su entrambi i lati. Pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti ignifugo classe B1.

Nr. 01 pz.

TOTALE N°1 PARAVENTO

LOCALE SALA GIALLA

SISTEMI TELESCOPICI OGNUNO COSÌ COMPOSTO:

Telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità rinforzati con fibre di vetro ed acciaio inox che ne facilitano la pulizia e la disinfezione. Il profilo d'alluminio presenta nervature che garantiscono una maggiore robustezza e al contempo facilitano il passaggio dell'aria tra i vari segmenti favorendone lo scorrimento (TUBO NON LISCIATO). Grazie a questa caratteristica la scorrevolezza del telescopio rimane inalterata nel tempo evitando la formazione di sedimenti di sporco. Il telescopio non deve presentare parti sporgenti che potrebbero ferire gli operatori, il prodotto deve essere certificato TUV GS.

Nr 01 pz



Supporto a parete in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, fissaggio a parete per mezzo di 04 tasselli viti a scomparsa.

All'interno della copertura deve essere presente una vite di regolazione che permetta di modificare l'inclinazione del braccio Telescopico.

Nr 01 pz

Tenda in Trevira CS dim.: cm 230 x 175 h. Composte da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche che si possano lavare a max 60° e si asciugano rapidamente, abbiano lunga durata e garantiscano caratteristiche fisiologiche e dermatologiche.

Nr 01 pz

TOTALE 03 SISTEMI COMPLETI

PARAVENTO MOBILE

Misure Cm. 140 X 165 H. (N° 03 sezioni cm. 45+50+45)

Sistema di separazione modulare su ruote con doppia base a T per una maggiore stabilità. Il telaio deve essere composto da tubi in alluminio anodizzato, cerniere a 360° richiudibili su entrambi i lati. Pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti ignifugo classe B1.

Nr. 01 pz.

TOTALE N°1 PARAVENTO

LOCALE SALA SHOCK ROOM

SISTEMA DI SEPARAZIONE MODULARE OGNUNO COSÌ COMPOSTO:

Misure Cm. 240 X 165 H. (N° 08 sezioni da 30 cm.)

Sistema di separazione modulare su ruote da fissare a parete o su carrello in alluminio anodizzato e pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti, ignifugo in classe B1.

Maniglia per una facile movimentazione e ruote terminali frenate. I pannelli devono essere ripiegabili da entrambi i lati in modo da facilitarne il posizionamento sulla parete, sono inoltre facilmente lavabili.

Peso: Kg 24,50. Altezza cm 165, aperto larghezza cm 240.

Nr. 01 pz.

Carrello mobile idoneo per Sistema Modulare a pannelli in policarbonato con altezza di cm. 165. Dimensioni della base cm. 52x59 circa con peso Kg. 10,55, realizzato in alluminio anodizzato con particolari in nylon poliammide rinforzate con fibra di vetro.

Nr 01 pz

TOTALE GENERALE N° 01 SISTEMI

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)

twitter.com/AOUCagliari

Youtube: Aou Cagliari Tv



LOCALE SALA TERAPIA VERDI

SISTEMA DI SEPARAZIONE MODULARE COSIqCOMPOSTO:

Misure Cm. 240 X 165 H. (N° 08 sezioni da 30 cm.)

Sistema di separazione modulare su ruote da fissare a parete o su carrello in alluminio anodizzato e pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti, ignifugo in classe B1.

Maniglia per una facile movimentazione e ruote terminali frenate. I pannelli devono essere ripiegabili da entrambi i lati in modo da facilitarne il posizionamento sulla parete, sono inoltre facilmente lavabili.

Peso: Kg 24,50. Altezza cm 165, aperto larghezza cm 240.

Nr. 01 pz.

Carrello mobile idoneo per Sistema Modulare a pannelli in policarbonato con altezza di cm. 165. Dimensioni della base cm. 52x59 circa con peso Kg. 10,55, realizzato in alluminio anodizzato con particolari in nylon poliammide rinforzate con fibra di vetro.

Nr 01 pz

TOTALE GENERALE N° 01 SISTEMA

PARAVENTO MOBILE

Misure Cm. 140 X 165 H. (N° 03 sezioni cm. 45+50+45)

Sistema di separazione modulare su ruote con doppia base a %T+ per una maggiore stabilità. Il telaio deve essere composto da tubi in alluminio anodizzato, cerniere a 360°richiudibili su entrambi i lati. Pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti ignifugo classe B1.

Nr. 01 pz.

TOTALE N°1 PARAVENTO MOBILE

LOCALE SALA VERDI

SISTEMI TELESCOPICI OGNUNO OGNUNO COSIqCOMPOSTO:

Telescopio estraibile e orientabile lateralmente, in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità rinforzati con fibre di vetro ed acciaio inox che ne facilitano la pulizia e la disinfezione. Il profilo d'alluminio presenta nervature che garantiscono una maggiore robustezza e al contempo fa-cilitano il passaggio dell'aria tra i vari segmenti favorendone lo scorrimento (TUBO NON LISCIO). Grazie a questa caratteristica la scorrevolezza del telescopio rimane inalterata nel tempo evitando la formazione di sedimenti di sporco. Il telescopio non deve presentare parti sporgenti che potrebbero ferire gli operatori, il prodotto deve essere certificato TUV GS.

Nr 01 pz



Supporto a parete in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, fissaggio a parete per mezzo di 04 tasselli viti a scomparsa.

All'interno della copertura deve essere presente una vite di regolazione che permetta di modificare l'inclinazione del braccio Telescopico.

Nr 01 pz

Tenda in Trevira CS dim.: cm 230 x 175 h. Composte da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche che si possano lavare a max. 60° e si asciugano rapidamente, abbiano lunga durata e garantiscano caratteristiche fisiologiche e dermatologiche.

Nr 01 pz

TOTALE 02 SISTEMI COMPLETI

PARAVENTO MOBILE

Misure Cm. 140 X 165 H. (N° 03 sezioni cm. 45+50+45)

Sistema di separazione modulare su ruote con doppia base a T+per una maggiore stabilità. Il telaio deve essere composto da tubi in alluminio anodizzato, cerniere a 360°richiudibili su entrambi i lati. Pannelli in Policarbonato traslucido ad alta resistenza agli urti ignifugo classe B1.

Nr. 01 pz.

TOTALE N°1 PARAVENTO MOBILE

12

CARRELLO DIVISORE A DUE TELESCOPI COSÌ COMPOSTO:

Carrello per telescopi in alluminio anodizzato con rinforzo in acciaio e rivestimento in vetro acrilico

Nr. 01 pz

Innesto universale per l'applicazione di un secondo telescopio

Nr. 01 pz

Telescopio in alluminio anodizzato con rinforzo in acciaio e rivestimento in vetro acrilico, estraibile, pieghevole, orientabile lateralmente, max. est. cm. 220.

Nr. 01 pz

Tenda in Trevira CS dim.: cm 230 x 140 h. Composte da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche che si possano lavare a max. 60° e si asciugano rapidamente, abbiano lunga durata e garantiscano caratteristiche fisiologiche e dermatologiche.

Nr 01 pz

Telescopio in alluminio anodizzato con rinforzo in acciaio e rivestimento in vetro acrilico, estraibile, pieghevole, orientabile lateralmente, max. est. cm. 160.

Nr. 01 pz

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 Youtube: Aou Cagliari Tv



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Tenda in Trevira CS dim.: cm 170 x 140 h. Composte da fibre tessili ininfiammabili e antibatteriche che si possano lavare a max. 60° e si asciughino rapidamente, abbiano lunga durata e garantiscano caratteristiche fisiologiche e dermatologiche.

Nr 01 pz

TOTALE N°1 CARRELLO A DUE TELESCOPI

TOTALE BASE DATA LOTTO N. 5 17.000,00

CIG N. 727948443B

FIDEJUSSIONE " 340,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	15
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
ASSISTENZA POST VENDITA	5
TOTALE PUNTI	70



LOTTO N. 6

Carrelli servitore:

Tavolo di Mayo con pedale per sala operatoria

capacità vassoio circa 750x55x25 mm estraibile e sterilizzabile

elevazione da 890 a1230 mm circa

n. 4 ruote da 50 mm di diam.

elevazione servo assistita oleodinamicamente

dimensioni ingombro circa 780x580x890/1230 mm

basamento a 4 razze di alluminio

vassoio a telaio di supporto in ais 304

pompa oleodinamica in Fe Cromato

quantità N. 4

Tavolo servitore per camera operatoria

da trasporto con vano tecnico aperto in acciaio inossidabile AISI 304

struttura in lamiera

n. 4 ruote diam. 125 mm

maniglia direzionale

2 piani ad invaso fissi

dimensioni. circa 900x550x800

quantità N. 2

TOTALE BASE DESTA LOTTO N. 6 Ö3.200,00

CIG N. 727974077C

FIDEJUSSIONE " 48,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

LOTTO N. 7

LETTO TERAPIA INTENSIVA PER CARDIOLOGIA

descrizione nel capitolato allegato

Quantità n. 2

TOTALE BASE DATA LOTTO N. 7 €20.000,00

CIG N. 7279767DC2

FIDEJUSSIONE " 400,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	15
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA	5
TOTALE PUNTI	70



LOTTO N. 8

ARREDI DEGENZE

Armadi Degenza

Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti.

Armadio a due posti con struttura e ripiani realizzati in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche con angoli opportunamente arrotondati. Anta realizzata in bilaminato di spessore di circa 20 mm con cerniere interne che ne consentono un'ampia apertura. Deve essere completo di ripiani ed asta appendiabiti.

L'anta deve avere il bordo arrotondato e deve essere completa di maniglia e serratura. con piedini regolabili .

Ingombro totale di circa cm 90 x 50 x 190 H.

Quantità n. 15

Comodino Degenza

Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti.

Comodino bifronte in materiale plastico con struttura di rinforzo su cui è fissato il basamento in acciaio. Completo di 4 ruote, di cui le anteriori piroettanti gemellate e dotate di freno. Top superiore di appoggio in laminato stratificato colorato, antimacchia e antigraffio, con alzatina e bordi perimetrali in materiale plastico per il contenimento dei liquidi. Predisposto per l'inserimento del piano servitore. Cassetto monoblocco in polietilene con bordi arrotondati e maniglia integrata alla struttura, con frontale in laminato colorato; estraibile su guide, con fermo anti sfilamento. Interno cassetto e scomparti. Vano inferiore chiuso con antina girevole in polietilene, con bordi arrotondati, Maniglia integrata alla struttura e frontale in laminato colorato. Lavabilità compatibile con gli attuali sistemi di lavaggio di disinfezione

Tavolino servitore su ruote piroettanti realizzato con struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Registrabile in altezza. Piano superiore di appoggio estraibile ed inclinabile con regolazione a leggio, in laminato stratificato colorato, antimacchia e antigraffio, con alzatina e bordi perimetrali arrotondati per il contenimento dei liquidi. Completo di portabottiglie/portariviste e .porta asciugamano

Possibilità di scelta del colore.

Ingombro totale con tavolino servitore di circa cm 60 x 50 x 80 H.

Quantità n. 30

Sedie Degenza

Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti.

Sedia o poltroncina con struttura in acciaio e con sedile e schienale in materiale plastico Sedile e schienale lavabile e non assorbente.

Ingombro totale di circa cm 67 x 56 x 47/81 H.

Quantità n..100

Aste Porta Flebo

in acciaio inox diametro circa mm. 25 con morsetto di fissaggio in PVC. colonna regolabile in acciaio inox diam. circa mm 18., porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro circa mm 5 realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antisgancio accidentale. base antiribaltamento diam. circa 600 mm costruito con 5 razze in materiale plastico completo di ruote piroettanti diam.circa 50 mm tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo. altezza min. da terra 156 cm, altezza max. da terra 225 cm. dispositivo medico, in classe I, conforme alla direttiva comunitaria , carico di lavoro sicuro kg 15. circa, completo di 4 supporti infusioni in acciaio peso kg 5,0.circa

Quantità N. 100

Poltrona Relax per locale radiologia

Poltrona a tre sezioni con imbottiture rivestite in similpelle omologata. Struttura in acciaio verniciato su piedi. antiribaltamento in tubo tondo di acciaio verniciato su quattro gambe , dotato di ruote di cui due dotate di frenoi, sedile e



schienale con struttura interna in legno multistrato , imbottiture ignifughe conformate anatomicamente realizzate a densità differenziata, rivestimento in tessuto similpelle ignifugo e lavabile.

braccioli abbattibili lateralmente, telaio interno metallico, completamente rivestiti in tessuto ignifugo lavabile. schienale regolabile nell'inclinazione mediante pompa a gas comandata da leva posta lateralmente sotto il sedile, poggiatesta regolabile. DIM circa. Cm 85 x 66 x 125 H con schienale alzato, Omologato in classe 1 IM di reazione al fuoco.

Quantità N. 1

TOTALE A BASE DATA LOTTO N. 8 € 55.000,00

CIG N. 72797965B3

FIEGISSIONE " 1.100,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



LOTTO N. 9

ARREDI VARI PER AMBULATORI E REPARTI

Struttura di radiologia presso i nuovi locali attigui al nuovo Pronto soccorso Monserrato

- N. 2 scrivanie con base in materiale idoneo dim. circa 160 di colore scuro
- n. 2 lampade da scrivania con braccio e testa regolabili, che permetta di orientare la luce dove serve dotata di morsetto per l'aggancio alla scrivania o dotata di base idonea, con lampada allogenata .
- n. 8 poltrone ergonomiche regolabili con braccioli su ruote
- n. 4 armadi portadocumenti metallici ad ante scorrevoli per ufficio dim. circa 1200X 450X 2000

Arredi per servizio farmacia presso i locali di Monserrato

- n. 3 postazioni di lavoro composte da 3 scrivanie a L dim circa 180x120x72 complete di gonnola e cassetteria
- n. 10 poltrone ergonomiche regolabili con braccioli su ruote
- n. 6 poltroncine singole da sala d'attesa
- n. 1 appendiabiti
- n. 1 armadio a L composto da 6 ante a vetro nella parte superiore e cieche nella parte inferiore, altezza circa 200 cm e larghezza 180 cm + 60 cm nella parte angolare, profondità circa 50/60 cm dotato di serratura a chiave (ogni anta) atti a custodire e conservare documenti cartacei con dati sensibili in ossequio alla norma sulla tutela dei dati personali ex Dlgs 196/2003
- n- 1 mobile basso con ante cieche dotate di serratura a chiave di altezza circa 80/100 cm profondità 40 cm lunghezza 150 cm circa
- n. 1 armadio con 2 ante cieche di cui una anta con attccapanni, larghezza 100 cm e profondità 30 cm con altezza 200 cm
- n. 1 penisola per scrivania lunghezza 100 cm . larghezza 60 cm altezza 70 cm n. 4 mensole profondità 30 cm e lunghezza 70 cm

Scaffalatura per il pronto soccorso a Monserrato

- n. 5 scaffali in metallo ad alta portata di colore rosso ad incastro mis. circa L. 1 mt X P 40 cm x h 1.87
- n. 6 scaffali in metallo ad alta portata di colore rosso ad incastro mis. circa L. 90 cm x P 40 cm x h 1.87

Arredi per Servizio Rianimazione Monserrato

- n. 10 poltrone ergonomiche regolabili con braccioli su ruote
- Panca con doghe in legno o similare idoneo per spogliatoio dim circa 120 cm x 35 x 40



Armadietti casellario multiuso da 8 vani metallico, con sportelli in ABS chiusi con serrature, dimensioni di circa 90x50x180 nei colori rosso o blu dotati di cilindro di sicurezza con due chiavi. Struttura portante in lamiera spessore 0,7 verniciata

Quantità N. 4 .

sedute per aula formazione

Sedia in multistrato di legno verniciato a 4 gambe con braccioli, e ribaltina per didattica

Quantità n. 25

Poltrone ergonomiche regolabili con braccioli su ruote

Quantità n. 50

poltroncina operativa con braccioli fissi ergonomica schienale regolabile in altezza ed inclinazione, movimento a contatto permanente, rivestimento in tessuto o similpelle ignifuga classe 1 IM sedile interno in multistrato di legno anatomicamente sagomato. schienale interno in nylon rinforzato anatomicamente sagomato imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata ignifughe conformi alla uni 9175 classe 1im.rivestimento in tessuto o similpelle ignifuga classe 1 im base e braccioli in nylon nero certificata in classe 1 IM dal ministero degli interni regolazione della seduta in altezza tramite pompa a gas regolazione in altezza dello schienale tramite pomolo regolazione in profondità del sedile tramite spostamento dello schienale avanti e indietro con bloccaggio tramite pomolo di regolazione in inclinazione dello schienale con bloccaggio tramite pomolo

TOTALE A BASE DATA LOTTO N. 9 Ö25.000,00

CIG n. 72798301C3

fidejussione Ö500,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)

twitter.com/AOUCagliari

Youtube: Aou Cagliari Tv



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

LOTTO N. 10

ARREDI PER ACCETTAZIONE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - MEDICINA NUCLEARE

Bancone sagomato su misura destinato ad accettazione unica polifunzionale per n. 3 postazioni operative polifunzionale + n. 1 postazione operativa ad altezza disabile con pannello frontale arretrato per garantire l'accostamento con carrozzina

Ipotesi di progettazione e pianta locale di ubicazione allegata

TOTALE A BASE DATA LOTTO N. 10 €3.000,00

CIG N. 7280155DF2

FIDEJUSSIONE €60,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



LOTTO N 11

ARREDI PER ACCETTAZIONE E MONITORAGGIO UTIC

composto da:

Bancone accettazione e monitoraggio UTIC, bancone di lavoro postazione PC UTIC e bancone da lavoro con sottostante carrello estraibile

Parete su misura a quadrati riempitivi da spalliera per evitare la sporgenza del quadro elettrico e prevenire infortuni del personale con funzione di libreria

Bancone con postazione di controllo monitoraggio dotato di tre postazioni di osservazione, ripiano con appoggio del video e piano libero per scrivere. La parte sottostante libera da cavi elettrici a vista dotata di due cassettiere e un piano per il posizionamento di una stampante a servizio della centrale di monitoraggio per la stampa di eventi aritmici. Il bancone deve essere posizionato di fronte ai box pazienti centralmente rispetto alla superficie dedicata all'UTIC con una profondità tale da permettere la seduta agevole del personale in servizio e il passaggio e la movimentazione sicura delle barelle, il materiale deve essere ignifugo lavabile con i comuni detergenti e disinfettanti in uso, verniciatura laccata nei colori azzurro e bianco come le pareti.

N. 3 poltrone ergonomiche regolabili con braccioli su ruote

Bancone postazione medici dotato di tre distinte postazioni per il computer così composto: base di appoggio per l'alloggiamento di videotermini e spazio per un agevole scrittura della documentazione clinica da installare fronte al bancone centrale alla destra deve permettere la seduta agevole del personale in servizio e il passaggio e la movimentazione sicura delle barelle.

N. 3 poltrone ergonomiche regolabili con braccioli su ruote

Bancone da lavoro con sottostante carrello estraibile da ubicare fronte al bancone centrale dedicato al lavoro degli infermieri completo di piano di appoggio che includa un lavello lungo quanto tutto lo spazio disponibile alla destra del lavandino nel sottostante spazio libero dagli scarichi deve essere alloggiato un carrello estraibile utile per l'esecuzione della terapia al letto del paziente diverso dal carrello dell'emergenza, il carrello deve essere in materiale ignifugo dotato di 4 ruote indipendenti e frenanti

la parte frontale deve avere una chiusura a saracinesca con apertura verso l'alto in modo che le ante non possano venire accidentalmente rotte durante gli spostamenti. L'interno dovrà essere costituito da più ripiani estraibili e componibile a seconda delle necessità, di colore in contrasto con il resto dell'arredamento per evidenziarne l'ubicazione ed uso. parti metalliche possibilmente di colore arancione piano di lavoro di colore bianco, composto da materiali ignifughi e lavabili con i detergenti e disinfettanti in uso. tutto il piano dovrà essere sovrastato da pensili di cui uno di colore rosso ad ante (per il contenimento dei farmaci e i consumabili in uso durante le emergenze con più ripiani all'interno del pensile

TOTALE A BASE DESTA LOTTO N.11 € 10.000,00

CIG N. 72802013EB

FIDEJUSSIONE " . 200,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

LOTTO N.12

Arredi Per Le Zone Filtro Della Terapia Intensiva Neonatale

Arredi per le zone filtro delle sale 1 sub intensiva e 5 terapia intensiva comprendente: asta Porta abiti 140 - LxPxH(cm):170x58x175 con asta e ruote, mobile, utilizzabile ovunque. Asta cromata n. 3

box porta borse da 10 posti con blocca chiave di sicurezza, porta camici e calzari e mascherine visitatori in moduli mobili per permettere la pulizia dei locali n. 4

TOTALE A BASE DATA LOTTO N.12 € 5.400,00

CIG N. 7280211C29

FIDEJUSSIONE € 108,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

LOTTO N. 13

Divani a due posti per zone attesa

Divano fisso con fianchi imbottiti Struttura in legno e multistrato di legno imbottita con schiumati a densità differenziata, rivestiti in tessuto plastico o similare lavabile ignifugo Classe 1IM., con cuscino del sedile separati e sfoderabili per consentire una facile sanificazione .base con piedini in acciaio verniciato H 12 cm.

Quantità N, 22

TOTALE A BASE DESTA LOTTO N.13 Ö 22.000,00

CIG N. 7280223612

FIDEJUSSIONE Ö440,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀqED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



LOTTO N. 14

Contenitori rifiuti e porta rotoli per reparto TIN, Patologia Neonatale, Nido e Cucina lattanti:

N. 23 porta rotoli carta asciugamani tipo Tork a taglio automatico colore bianco dim. circa h 372, l. 337 , p. 203 per rotoli di carta delle dimensioni di larghezza 21 diametro 19

N. 27 Contenitori rifiuti urbani con differenziati e differenziati da l- 60 dim circa 60 cm apertura 40x30 in materiale lavabile e disinfettabile con pedale solleva coperchio e secchio interno estraibile

TOTALE A BASE DATA LOTTO N. 14 €4.000,00

CIG N. 7280254FA4

FIDEJUSSIONE " 80,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



LOTTO N. 15

Sistema Di Tende A Rullo Con Comando A Catena locali Pronto Soccorso

Tende a rullo senza cassonetto comando a catena di plastica con avvolgimento del tessuto mediante tubo avvolgitore antirollio in alluminio estruso con scanalatura ogiva piana della quale inserire il tessuto completo di gomma PVC cucita sullo stesso per la facile manutenzione

contrappeso inferiore in alluminio estruso modello fondale nascosto , installazione a parete/soffitto mediante supporti metallici trattati con anticorrosione

n. 1 tenda di circa 160x280 presso. zona osservazione breve e n. 1 da 110x280 presso zona punto ristoro del Pronto soccorso di Monserrato

in tessuto filtrante 5% in materiale plastico lavabile e disinfettabili certificato ignifugo classe 1 resistente alla luce senza piombo, resistente alla lacerazione e allo strappo .

Tende Tipo Veneziane Locali Cardiologia

N. 24 tende tipo Veneziane di colore celeste per le stanze di degenza

altezza cm 213 per cm di lunghezza totale suddivise in due elementi rispettivamente di cm 150 e cm 212 per permettere l'oscuramento parziale e la contestuale apertura di un singolo infisso per il ricambio dell'aria a liste medie

N. 2 tende tipo Veneziane di colore celeste le stanze di degenza:

altezza 213 c per 334 cm di lunghezza totale suddivise in due elementi di cm 167 per permettere l'oscuramento parziale e la contestuale apertura di un singolo infisso per il ricambio dell'aria a liste medie

N. 1 tenda tipo Veneziane di colore celeste per sala refertazione ecografia dim.: lunghezza 343, altezza 70 cm :

TOTALE A BASE DESTA LOTTO N. 15 €24.000,00

CIG N. 7280271DAC

Fidejussione " 480,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	15
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA	5
TOTALE PUNTI	70