



Oggetto: Appalto misto inerente la fornitura, chiavi in mano, di una apparecchiatura diagnostica per immagini a risonanza magnetica nucleare e un tomografo computerizzato multistrato, comprese le opere di adeguamento dei locali afferenti la U.O.C. Diagnostica per Immagini Policlinico “Dulio Casula” A.O.U. Cagliari.

QUESITI E CHIARIMENTI

CHIARIMENTO n. 1

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che per mero errore materiale negli atti e documenti di gara è stato indicato come indirizzo di posta elettronica certificata: ser.tecnico@aoucagliari.it .

Il domicilio corretto per le comunicazioni è pertanto l'indirizzo di posta elettronica certificata: ser.tecnico@pec.aoucagliari.it unitamente all'indirizzo di posta: crcocco@aoucagliari.it .

CHIARIMENTO n. 2

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica la seguente precisazione da ricondursi al punto 16.2, paragrafo “Opere strutturali ed edili”, Parte Terza del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

Tale paragrafo illustra un'incombenza a carico del solo aggiudicatario che impone la produzione di *“una relazione di calcolo dettagliata che descriva le risultanze ottenute dalle prove di carico eseguite e una certificazione che attesti l'idoneità statica riguardante la sistemazione delle nuove apparecchiature nei locali di destinazione presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, da inserire nel plico B2, come previsto nel paragrafo 5.2 del Disciplinare di Gara”*.

Tale disposizione, riconducibile al dettato normativo di cui all'art.35, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., finalizzata a prescrivere quelle indagini integrative tali da confermare ovvero a modificare l'impostazione del progetto definitivo, per un errore di battitura è stata “allineata” all'obbligo di inserimento nel plico B2.

Per questo motivo si ritiene di chiarire l'effettiva portata da attribuirsi al secondo periodo del sopra citato paragrafo “Opere strutturali ed edili” del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale riproducendo, di seguito, la prescrizione scevra da errori di battitura:

“L'aggiudicatario dovrà produrre una relazione di calcolo dettagliata che descriva le risultanze ottenute dalle prove di carico eseguite e una certificazione che attesti l'idoneità statica riguardante la sistemazione delle nuove apparecchiature nei locali di destinazione presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini.”

Resta chiarito e inteso che la relazione di cui sopra servirà a confermare ovvero a modificare l'impostazione progettuale del progetto definitivo, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 1, lett.c, art. 28, comma 2, lett.h e art. 29, commi 1 e 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Solo i documenti costituenti il progetto definitivo, unitamente a quelli previsti al punto 5.2 del Disciplinare di gara, dovranno essere inseriti nel plico B2.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, a seguito dei quesiti pervenuti, si formulano i seguenti chiarimenti:

QUESITO n. 3

Slew-rate:

al punto 3.2 del Capitolato (pag.22)

“...e comunque non inferiore 120 mt/m/ms...”

al punto 3.2 del Questionario Tecnico

“...e comunque non inferiore 180 mt/m/ms...”



si chiede quale dei due valori è da considerarsi requisito minimo.

CHIARIMENTO n. 3

La caratteristica minima richiesta è quella riportata nel punto 3.2 del Capitolato (pag.22) “...e comunque non inferiore 120 mt/m/ms...”

QUESITO n. 4

Canali

al punto 4.3 del Capitolato (pag.23) “...non inferiore a 32 canali indipendenti ESPANDIBILI...”

al punto 4.3 del Questionario Tecnico “...non inferiore a 16 canali indipendenti ESPANDIBILI...”

si chiede quale dei due valori è da considerarsi requisito minimo.

CHIARIMENTO n. 4

La caratteristica minima richiesta è quella riportata nel punto 4.3 del Capitolato (pag.23) “...non inferiore a 32 canali indipendenti ESPANDIBILI...”

Servizio Tecnico
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Cristian Cocco